

ฉบับร่าง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. โคมไฟฟ้าตัดใหญ่โคมคู่แวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิทซ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. เตียงผ้าตัดคล้ายกรรม จำนวน ๑ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือได้
รับการ แต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.detudom_hos@detudomhospital.org หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๓๖๒๐๒๘ ต่อ ๘๖๓,๘๖๔ ในวันและเวลา
ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล www.detudom_hos@detudomhospital.org หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี
กลางกำหนด ภายในวันที่ โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.detudom_hos@detudomhospital.org และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ฉบับร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ชุด
๒. เตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน ๑ ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (OR)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ๑. โคมไฟผ้าตัดใหญ่โคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ ๒. เตียงผ้าตัดศัลยกรรม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จังหวัด

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลิักซ์

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) โคมไฟเป็นรูปทรงกลมรูปไข่ (oval-shape) ออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเพรียวบาง น้ำหนักเบา โดยจุดที่หนาที่สุดของโคมไม่มากกว่า ๖.๕ เซนติเมตร กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๒.๒) โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีชนิด white LEDs เป็นแหล่งกำเนิดแสง จำนวนหลอดไฟไม่น้อยกว่า ๘๐ดวง และมีหลอดไฟรอบข้างมือจับโคมไม่น้อยกว่า ๔ ดวงและหลอดไฟ LED ที่มีการ กระจายความร้อนต่ำมาก (๓.๓ พลังงาน / ความเข้มรังสี, mW / m² ลิักซ์) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการความร้อนจากแสงไฟที่โดนเนื้อเยื่อที่สัมผัสซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการผ่าตัด กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๒.๓) มีระบบการจัดการความสว่างของแสงโดยหมุนที่ด้ามจับ (Sterile handle) เพื่อปรับความสว่างของแสงตามความลึกของแผลผ่าตัด เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจน และมีลดการสะท้อนของแสงเข้าดวงตาศัลยแพทย์ขณะทำการผ่าตัดเป็นการถนอมสายตาศัลยแพทย์ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๒.๔) หัวโคมไฟออกแบบเป็นรูปทรงกลมรูปไข่(oval-shape) ให้มีลักษณะรูปทรงเพรียวบางเพื่อรองรับกับระบบไหลเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัดทำให้อากาศด้านบนและด้านล่างโคมหมุนเวียนได้ดี (Laminar flow) โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมไม่น้อยกว่า ๖๗ เซนติเมตรในแกนหลัก และเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตรในแกนรอง กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ ประกอบด้วย

(๓.๑) เป็นเครื่องมือที่เคยนำมาเสนอขาย สาธิตวิธีการใช้ และ/หรือเคยทดลองใช้งานจริง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๕.๒.๒ รายการพิจารณา คือ เตียงผ่าตัดศัลยกรรม

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๖/(๒) มาตรฐาน...

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐ ประกอบด้วย

(๒.๑) เบาะเป็นชนิด Manages Pressure แบบสองชั้นสามารถป้องกันการกดทับเนื่องจากการทำผ่าตัดระยะเวลาานมีความหนา ๘๐ มิลลิเมตรทำด้วยวัสดุป้องกันแบคทีเรียและป้องกันไฟฟ้าสถิต และเป็นวัสดุปราศจากน้ำยางช่วยหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยบางราย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ และ

(๒.๒) พื้นเตียงทำจาก Bakelite ที่แสงเอ็กซ์เรย์สามารถฉายผ่านได้และพื้นเบาะทำจากวัสดุดังนี้

ชั้นที่ ๑ Antistatic Synthetic Cover

ชั้นที่ ๒ ทำจากวัสดุ Soft Slow Recovery Foam

ชั้นที่ ๓ ทำจากวัสดุ High Density Foam

ชั้นที่ ๔ ทำจากวัสดุ Antistatic Synthetic Cover

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

น้ำหนักดังนี้

(๒.๓) เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๔ กิโลกรัม โดยกระจาย

ส่วนศีรษะรับน้ำหนักได้ ๓๓.๗ กิโลกรัม

ส่วนหลังรับน้ำหนักได้ ๒๐๘.๘ กิโลกรัม

ส่วนสะโพกรับน้ำหนักได้ ๑๒๒.๔ กิโลกรัม

และส่วนขารับน้ำหนักได้ ๘๙.๑ กิโลกรัม

และสามารถปรับท่าทำ Kidney ได้ไม่น้อยกว่า ๐-๑๒๐ มิลลิเมตร ทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๒.๔) อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสำหรับงานผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

- ส่วนแกน (Bar) ทำด้วย แกรไฟต์คาร์บอน (Carbon Fiber) และตัวต่อทำด้วยเหล็กโครมนิเกิล หรือโลหะไร้สนิม (Chrome-Nickle Steel) ซึ่งติดตั้งแกนสำหรับดึง จำนวนสองแกนเพื่อสามารถหมุนทางได้ที่ข้อต่อของแต่ละแกน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ ประกอบด้วย

(๓.๑) เป็นเครื่องมือที่เคยนำมาเสนอขาย สาธิตวิธีการใช้ และ/หรือ เคยทดลองใช้งานจริง ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ จังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีกรกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อจังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกวง
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว

จังหวัดอุบลราชธานี

เมษายน ๒๕๖๒



**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม**

๑. ความต้องการ

โคมไฟผ่าตัดใหญ่แขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบโคมคู่ พร้อมอุปกรณ์ มีคุณลักษณะตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

โคมไฟผ่าตัดใหญ่แบบแขวนเพดาน เพื่อใช้ส่องสว่างสำหรับการผ่าตัด

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานแบบโคมคู่ชนิดหลอดแอลอีดีเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งทุกหลอดให้แสงสีขาว (White LED) ติดตั้งอยู่ในแกนเดียวกัน สามารถปรับระดับทำต่าง ๆ ได้เป็นอิสระ และสามารถหยุดได้ทุกระดับ เพื่อสะดวกในการจัดทำทางผ่าตัด
- ๓.๑.๒ โคมไฟเป็นรูปทรงกลมรูปไข่ (oval-shape) ออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเพรียวบาง น้ำหนักเบา โดยจุดที่หนาที่สุดของโคมไม่มากกว่า ๖.๕ เซนติเมตร
- ๓.๑.๓ หลอดไฟ LED ที่มีการกระจายความร้อนต่ำมาก (๓.๓ พลังงาน/ความเข้มรังสี, mW / m² ลักซ์) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการความร้อนจากแสงไฟที่โดนเนื้อเยื่อที่สัมผัสซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการผ่าตัด
- ๓.๑.๔ อุณหภูมิสีของแสง (Color Temperature) อยู่ที่ ๔,๓๐๐ เคลวิน มีดัชนีการตอบสนองของสี (CRI) Ra ที่ ๙๕ มีดัชนีการตอบสนองของสีแดง (Red Color Index R_๙) ที่ ๙๕ โดยเป็นค่าที่ได้สีและแสงที่เป็นธรรมชาติ True Colors
- ๓.๑.๕ มีระบบการจัดการความสว่างของแสง โดยหมุนที่ด้ามจับ (Sterile handle) เพื่อปรับความสว่างของแสงตามความลึกของแผลผ่าตัด เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นบริเวณผ่าตัดได้ชัดเจน และมีลดการสะท้อนของแสงเข้าดวงตา ศัลยแพทย์ขณะทำการผ่าตัด เป็นการลดอาการตาข่ายตาข่าย
- ๓.๑.๖ สามารถการควบคุมระยะโฟกัส (ELFC) ได้ ๓ ระดับ โฟกัสใกล้ โฟกัสกลาง โฟกัสไกล (Near Focus, Middle Focus and Tele Focus)
- ๓.๑.๗ ใช้ไฟฟ้า ๑๐๐-๒๔๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐/๖๐ Hz


๓.๒ ลักษณะเฉพาะ

๓.๒.๑ คุณสมบัติทางเทคนิคของโคมไฟ (Light head)

- ๓.๒.๑.๑ โคมไฟใช้หลอดแอลอีดีชนิด white LEDs เป็นแหล่งกำเนิดแสง จำนวนหลอดไฟไม่น้อยกว่า ๘๐ ดวง และมีหลอดไฟรอบข้างมือจับโคมไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- ๓.๒.๑.๒ หัวโคมไฟออกแบบเป็นรูปทรงกลมกลรูปไข่ (oval-shape) ให้มีลักษณะรูปทรงเพรียวบาง เพื่อรองรับกับระบบไหลเวียนของอากาศภายในห้องผ่าตัด ทำให้อากาศด้านบนและด้านล่างโคมหมุนเวียนได้ดี (Laminar flow) โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมไม่น้อยกว่า ๖๗ เซนติเมตรในแกนหลัก และเส้นผ่าศูนย์กลางของโคมไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตรในแกนรอง



(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุนันดา นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๓.๒.๑.๓ มีชุดควบคุมที่หัวโคมไฟผ่าตัด (Touch control panel)
- ๓.๒.๑.๔ ให้แสงสว่างวัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์
- ๓.๒.๑.๕ สามารถปรับความกว้างของลำแสง (Pattern Size) ได้ในช่วง ๒๐ เซนติเมตร
- ๓.๒.๑.๖ ระยะในการใช้งานความลึกของการส่องสว่าง (Depth of Illumination) ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เซนติเมตร
- ๓.๒.๑.๗ ปรับขนาดพื้นที่ส่องสว่าง (Light field $d_{๑๐}+d_{๕๐}$) ได้ขนาดแคบสุดไม่น้อยกว่า ($d_{๑๐}$) ๒๐ เซนติเมตรและกว้างสุดไม่น้อยกว่า ($d_{๕๐}$) ๑๐ เซนติเมตร
- ๓.๒.๑.๘ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อโคมไม่เกิน ๘๐ วัตต์
- ๓.๒.๑.๑๐ หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน


- ๔.๑ ด้ามจับที่สามารถนิ่งฆ่าเชื้อได้ (Sterile handle) จำนวน ๑๒ ด้าม
- ๔.๒ ชุดสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑kVA จำนวน ๑ เครื่อง (จัดหาภายในประเทศ)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ครุภัณฑ์ที่เสนอขายต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี นับจากวันตรวจรับสินค้า
- ๕.๓ ในระยะรับประกันผู้ขายจะต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยช่างที่ได้รับการอบรมจากทางบริษัทผู้ผลิตมาตรวจเช็คทุก ๆ ๓ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
- ๕.๔ ผลิตภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑ , CE Mark และโรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๑๔๐๐๑
- ๕.๕ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๒ ชุดแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อส่งมอบเครื่อง
- ๕.๖ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากสาขาบริษัท



(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุนนดา นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงผ่าตัดศัลยกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน


เป็นเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปพร้อมระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. คุณสมบัติทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเตียงระบบไฮดรอลิก (Electro-Hydraulic) ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้อยู่ภายในฐานเตียง โดยมีแบตเตอรี่จำนวน ๒ ใบ ใบแรกสำหรับควบคุมรีโมทคอนโทรล ใบที่สองสำหรับการใช้งานระบบไฮดรอลิก โดยใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๒.๒ โครงสร้างฐานเตียงทำด้วยเหล็กกล้าที่แข็งแรงปลอดภัย เคลือบด้วยสาร *Anti-rust paints* ทนต่อแรงกระแทกและน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ๒.๓ ฝาครอบเตียง และราวข้างเตียงทำด้วยโลหะปลอดภัย (Stainless Steel) โดยฝาครอบฐานเตียงเป็น วัสดุ ABS เคลือบด้วยสาร *Anti-rust paints* ง่ายต่อการทำความสะอาดทนต่อแรงกระแทกและน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ๒.๔ เคลื่อนย้ายเตียงได้โดยล้อหมุนทั้ง ๔ ล้อ มีระบบล็อกเตียงด้วยระบบไฮดรอลิก (Electro-Hydraulic) ด้วยโดยการยกล้อขึ้นแล้ววางฐานเตียงลงกับพื้นเพื่อความมั่นคงในการรับน้ำหนัก
- ๒.๕ เบาะเตียงแบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ ส่วนศีรษะ, แผ่นหลัง, สะโพก และส่วนรองรับขา พร้อมเบาะรองรับ สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
- ๒.๖ เบาะเป็นชนิด Manages Pressure แบบสองชั้นสามารถป้องกันการกดทับเนื่องจากการทำผ่าตัดระยะเวลาานาน มีความหนา ๘๐ มิลลิเมตร ทำด้วยวัสดุป้องกันแบคทีเรียและป้องกันไฟฟ้าสถิต และเป็นวัสดุปราศจากน้ำยาช่วยหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยบางราย
- ๒.๗ พื้นเบาะทำจากวัสดุดังนี้
 - ชั้นที่ ๑ Antistatic Synthetic Cover
 - ชั้นที่ ๒ ทำจากวัสดุ Soft Slow Recovery Foam
 - ชั้นที่ ๓ ทำจากวัสดุ High Density Foam
 - ชั้นที่ ๔ ทำจากวัสดุ Antistatic Synthetic Cover
- ๒.๘ พื้นเตียงทำจาก Bakelite ที่แสงเอ็กซ์เรย์สามารถฉายผ่านได้
- ๒.๙ มีชุดควบคุมฉุกเฉิน (Auxiliary Controller) อยู่บริเวณเสาเตียง ใช้ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลขัดข้อง ในการปรับฟังก์ชันต่าง ๆ ต้องกดพร้อมกับปุ่ม (Function Enable Trigger) เสมอ
- ๒.๑๐ ขนาดของพื้นเตียงยาว ๒๐๘๒ มิลลิเมตร และกว้าง ๕๒๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมราวข้างเตียง)



(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุนันดา นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๑๑ เพียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๔ กิโลกรัม โดยกระจายน้ำหนักดังนี้
ส่วนศีรษะรับน้ำหนักได้ ๓๓.๗ กิโลกรัม
ส่วนหลังรับน้ำหนักได้ ๒๐๘.๘ กิโลกรัม
ส่วนสะโพกรับน้ำหนักได้ ๑๒๒.๔ กิโลกรัม
และส่วนขารับน้ำหนักได้ ๘๙.๑ กิโลกรัม

๒.๑๒ ส่วนขาที่สามารถถอดออกได้และสามารถเอาส่วนศีรษะมาต่อเพิ่มความยาวได้

๒.๑๓ สามารถปรับท่าทำ Kidney ได้ไม่น้อยกว่า ๐-๑๒๐ มิลลิเมตร ทำจากวัสดุลูมิเนียมอัลลอยด์

๒.๑๔ ในกรณีที่ระบบมอเตอร์ปั๊มระบบไฮดรอลิกหรือแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ สามารถขับเคลื่อนปั๊มเท้า

๒.๑๕ รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้

๒.๑๕.๑ มีหน้าจอแสดงรูปภาพขณะทำการปรับท่าต่างๆ และระดับพลังงานของแบตเตอรี่
การใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรง

๒.๑๕.๒ มีปุ่มสำหรับปรับเตียงกลับสู่แนวระนาบ (Auto Level)

๒.๑๕.๓ สามารถกดเปิดการทำงานได้ที่รีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องกดปุ่มเปิดที่ตัวเตียง

๒.๑๕.๔ สามารถกดเปิดปิดล็อกเตียงได้ที่รีโมทคอนโทรลโดยไม่ต้องกดปุ่มเปิดที่ตัวเตียง

๒.๑๕.๕ มีปุ่มสำหรับการทำงานของเตียงได้ทั้งแบบ Normal Mode และ Reverse Mode

๒.๑๕.๖ มีปุ่มสำหรับเรียกใช้งานสำหรับจดจำความสูงของเตียงได้ และปุ่มสำหรับบันทึก
จดจำความสูงของเตียง

๒.๑๕.๗ มีปุ่มปรับท่าทำ Kidney ได้ไม่น้อยกว่า ๐-๑๒๐ มิลลิเมตร ด้วย

๒.๑๖ การปรับท่าโดยรีโมทคอนโทรลทำได้ดังนี้

๒.๑๖.๑ ปรับระดับสูงสุดได้ ๑,๑๒๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมเบาะ)

๒.๑๖.๒ ปรับระดับต่ำสุดได้ ๖๘๐ มิลลิเมตร (ไม่รวมเบาะ)

๒.๑๖.๓ ปรับศีรษะต่ำ (Trendelenburg) ได้ ๓๐ องศา

๒.๑๖.๔ ปรับเท้าต่ำ (Reverse Trendelenburg) ได้ ๓๐ องศา

๒.๑๖.๕ ปรับเอียงซ้าย-ขวา (Lateral Tilt) ได้ ๒๐ องศา

๒.๑๖.๖ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังขึ้น (Back Up) ได้ ๖๘ องศา

๒.๑๖.๗ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังลง (Back Down) ได้ ๔๐ องศา

๒.๑๖.๘ ปรับส่วนรองรับขาขึ้น (Leg Up) ได้ ๘๐ องศา

๒.๑๖.๙ ปรับส่วนรองรับขาลง (Leg Down) ได้ ๑๐๐ องศา

๒.๑๖.๑๐ ปรับท่า Flex / Reflex / Beach Chair position ได้

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

๓.๑ Radial Setting Clamp for EUR Side Rail


จำนวน ๔ ชิ้น

๓.๒ Radial Setting Clamp for US and EUR Side Rail

จำนวน ๒ ชิ้น

๓.๓ Flat Bar Clamp for EUR Side Rail

จำนวน ๒ ชิ้น


(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุนต์นาถ นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


๓.๔ Anesthesia Screen	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๕ Infusion Stand with Four Hooks	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๖ Upper Arm Support	จำนวน ๒ ชั้น
๓.๗ Accessory trolley for EUR Side Rail	จำนวน ๑ คัน
๓.๘ Carbon Fiber Arm board for EUR Side Rail	จำนวน ๒ ชั้น
๓.๙ Lateral Brace	จำนวน ๒ ชั้น
๓.๑๐ Shoulder brace Left	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๑ Shoulder brace Right	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๒ Foot rest for A series	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๓ Restraint Strap	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๔ Proctology Attachment	จำนวน ๑ คัน
๓.๑๕ Drain Pan	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๖ Leg Holder	จำนวน ๒ ชั้น
๓.๑๗ Shoulder Attachment	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๘ Microscopic Operation Frame For Hand (EUR)	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๙ Table Width Extender ๔๕ cm (EUR)	จำนวน ๑ ชั้น


๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสำหรับงานผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

- ๔.๑ ส่วนแกน (Bar) ทำด้วย แกรไฟต์คาร์บอน (Carbon Fiber) และตัวต่อทำด้วยเหล็กโครมนิเกิล หรือโลหะไร้สนิม (Chrome-Nickle Steel) ซึ่งติดตั้งแกนสำหรับดึง จำนวนสองแกน เพื่อสามารถหมุนกางได้ที่ข้อต่อของแต่ละแกน
- ๔.๒ ส่วนรองรับเชิงกรานจะมีแผ่นเบาะชนิด Manages Pressure สำหรับรองรับผู้ป่วย
- ๔.๓ อุปกรณ์พื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบง่ายต่อการติดตั้ง ที่ติดกับเตียงผ่าตัด และดึงรถเข็นออก โดยไม่ต้องยกอุปกรณ์หรือต่อเป็นส่วนๆ
- ๔.๔ รถเข็นมีล้อ ๔ ล้อ พร้อมตะกร้า ซึ่งทำจากเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง และระบบห้ามล้อและคลายล้อ สำหรับการขนส่ง Extension Device เพื่อยึดติดกับเตียงผ่าตัด
- ๔.๕ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน Carbon Fiber Orthopedic Extension ประกอบไปด้วย

Sacral Rest with Pad	จำนวน ๑ ชั้น
Connecting base Assembly	จำนวน ๑ ชั้น
Patient Transfer board with Pad	จำนวน ๑ ชั้น
Universal Leg Holder	จำนวน ๑ ชั้น
Boot Plate (Including ๐๐๓๓๔๘)	จำนวน ๒ ชั้น
Traction Bow	จำนวน ๑ ชั้น
Main Structure	จำนวน ๑ ชั้น
Perineal Post	จำนวน ๑ ชั้น
Traction Accessory Clamp	จำนวน ๒ ชั้น


(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางสุนันทนาถ นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

Storage Trolley	จำนวน ๑ ชั้น
Tibia Countertraction Support	จำนวน ๑ ชั้น
Straight Traction Extension	จำนวน ๑ ชั้น
L-Shape Traction Extension	จำนวน ๑ ชั้น
Traction Unit	จำนวน ๒ ชั้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาดหรือดัดแปลงแก้ไขมาก่อน
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีประวัติการละทิ้งงานต่อหน่วยราชการ
- ๕.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี (ยื่นในวันยื่นซอง)
- ๕.๔ ผู้ขายต้องติดตั้งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ในวันส่งมอบและส่งช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมมาแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน, ช่างของโรงพยาบาลจนสามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องก่อนรับมอบเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๕.๕ มีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุก ๆ ๔ เดือน ในระยะเวลา ๒ ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๕.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO๑๓๓๘๕ และ CE MARK
- ๕.๗ รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้า
- ๕.๘ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้และบำรุงรักษา ๒ ชุดแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อส่งมอบเครื่อง



(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางสุนันดา นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อ คุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ราคาต่อหน่วย ดังรายการต่อไปนี้
- ๓.๑ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่แวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ ลูกซ์ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
- ๓.๒ เตียงผ่าตัดคัลยกรรม จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบจากท้องตลาด/
- ๔.๑ บริษัท ทีแอนด์ที เอนจิเนียริง เทคดิง จำกัด
- ๔.๒ บริษัท ไฮเทค เมดิคอล จำกัด
- ๔.๓ บริษัท ไทคุณ เมดิคอล จำกัด
- ๔.๔ บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๕.๑ นายสังวร ชัยมงคล นายแพทย์ชำนาญการ
- ๕.๒ นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ๕.๓ นางสุนันต์นาถ นันตะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสังวร ชัยมงคล)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางรัชดาภรณ์ วรรณสังข์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุนันต์นาถ นันตะสุข)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ