



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราชาชื่อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๙ เครื่อง

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราชาชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๙ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๐๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายที่สอบราชาชื่อดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราชา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคานิสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคากลัง ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิตบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม้อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิตบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๙. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิต ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยระบุชื่อหน่วยงานด้วย เพื่อประโยชน์ในการรับประกันและบริการหลังการขาย

กำหนดยื่นของสอบราชา ในวันราชการตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันปิดการรับของสอบราชา หรือสอบตามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๖๑ ๑๑๓๓ ต่อ ๑๕๕, ๑๕๗, ๑๗๗ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่รับยื่นของทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจังกลนี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันราชการ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๓๖๑๓๓๓๔ ต่อ๑๔๗

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารสอบราคา เลขที่ ๙๙/๒๕๖๐
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๙ เครื่อง
ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๙ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๐๔๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ประස่งค่าเส้นราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ผลิต ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยระบุชื่อหน่วยงานด้วย เพื่อประโยชน์ในการรับประกันและบริการหลังการขาย

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในอักษรของใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามมิลลิหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังต้องมีบุคคลธรรมดายังต้องมีบุคคลที่มีนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายังต้องมีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการและอีดดิคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดรายการและตามกติกาโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๑.๔

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคามาแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการซูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่งทั้งวิว

๔.๒ ผู้เสนอราคاجาจะต้องเสนอราคabeเป็นเงินบาท และเสนอราคabeเพียงราคabeเดียวโดยเสนอราคร่วม และหารือราคabeต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคร่วม ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง ส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคabeที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคabe ๑๗๐ วันนับแต่วันเปิดของสอบราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคabe ผู้เสนอราคabeต้องรับผิดชอบราคabeที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคabeได้

๔.๓ ผู้เสนอราคabeจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใต้ ๑๗๐ วัน นับแต่日起จาก วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคabeจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหารือแบบรูประยละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตามรายการสอบราคาได้ไปพร้อมใบเสนอราคabe เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวనี่จังหวัดจะยืดไว้เป็นเอกสารทางราชการสำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบ ให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคabeความประมงค์จะขอต้นฉบับ แค็ตตาล็อก ผู้เสนอราคabeจะต้อง นำต้นฉบับให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคabeตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคabe ผู้เสนอราคabeควรตรวจสอบรูร่างสัญญาแบบรูป และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคabeทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคabeทั้งหมดตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคabe

๔.๖ ผู้เสนอราคabeจะต้องยื่นของใบเสนอราคabeที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จำนวนสองถึง “ประธาน คณะกรรมการเปิดของสอบราคabe” โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคabeเอกสารสอบราคabeชื่อ” เลขที่ ๑๙/๒๕๖๐ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับของสอบราคabe ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่รับยื่นของทาง ไปรษณีย์.

เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของสอบราคabeแล้ว จะไม่รับของสอบราคabeโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคabe จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคabeแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคabeที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคabeรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคabeหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคabeที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคabe

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคabeก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคabe ว่ามีผู้เสนอราคabeรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณา ผลการสอบราคabe จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคabeนั้นออกจากเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะ พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคabeดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคabeนั้นเป็น ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมจังหวัด ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระคร ๓ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้าน ของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการ เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๔.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๔.๒ หากผู้เสนอราคายื่นคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นเสนอหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคายื่นนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาด ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๔.๓ จังหวัดอุบลราชธานี สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่น ใบบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหร่องลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่นนั้น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขัดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๔.๔ ในกรณีการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ จังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคายื่นแจ้งข้อเท็จจริง สภาพปัจจุบันหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคากหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๔.๕ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำสุดหรือราคาน้ำเงินราคากดหรือราคาก่อ เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกชื่อในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได้ หรืออาจจะ ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคากำเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคากำเรียกค่าเสียหายได้ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาก่อนเป็นเหตุ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาก่อนเป็นเหตุ

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดของสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นในวันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคายืนนี้เป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคadtangกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามีความสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย จังหวัดจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามิ่งสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาก็ต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำเสียที่สอบราคาก็ได้ให้จังหวัดอนุตราชนี้ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

(๑) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๒) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๓) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

(๔) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายแบบราคางที่ไม่จำกัดปริมาณแล้ว

(๕) เงินสด

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อขายแบบราคางที่ไม่จำกัดปริมาณ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันของราคาน้ำเสียที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภัยในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภัยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติผู้ขายต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๙. ข้อส่วนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบลงทุนค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส่วน ๘๐%

๙.๒ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินบลงทุนค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส่วน ๘๐% ดังกล่าวแล้วเท่านั้น

๙.๓ เมื่อจังหวัด ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ สอบราคาซึ่งแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทาง เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กำหนด ผู้เสนอราคازึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศนัยงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์น้ำ ให้ บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชย์น้ำ

๙.๔ ผู้เสนอราคازึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เวลาที่ ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดจะรับหลักประกันการยืนยันข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยืนยันข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๙.๕ จังหวัดส่วนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐. ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับซื้อพึง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางทดลองเลือดสำหรับงานเครื่อง โดยวิธีสอบราก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๐๔๕,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน	๑,๐๔๕,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๕๕,๐๐๐.- บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคานี้เคยซื้อครั้งหลังสุด	
๔.๑	ใช้ราคานี้เคยซื้อครั้งหลังสุดตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑	นางทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต
๔.๒	นางสาวประภาพร ศุภสุข
๔.๓	นางวรรณรัตน์ สมดี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางทิพวัลย์ ลิ่มลิขิต)
 นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวประภาพร ศุภสุข)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางวรรณรัตน์ สมดี)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

(INFUSION PUMP)

โรงพยาบาลสมเด็จพระบูรพาฯ เดชอุดม

๑. ความต้องการ

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๙ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องให้สารอาหารหรือยาผ่านหลอดเลือดดำ โดยสามารถควบคุมจำนวนปริมาณการให้ของสารละลายหรือยาตามที่กำหนด สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถติดตั้งแบบวางบนรถเข็นยืดติดกับ牺ได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้สำหรับควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

๓.๒ เครื่องมีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวก สามารถเคลื่อนย้ายตั้งบนโต๊ะหรือยืดติดกับเส้น้ำเกลือได้

๓.๓ ใช้ไฟฟ้า ๑๐๐V/๒๐๐V ๕๐/๖๐Hz และมีแบตเตอรี่ภายในเครื่อง ซึ่งเป็นชนิดที่ชาร์จไฟโดยอัตโนมัติ

๓.๔ พัสดุได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ , ISO๙๐๐๑ และ CE๐๑๒๐

๓.๕ เครื่องสามารถใช้ได้กับชุดให้สารละลายที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไป หรือสามารถปรับลด-เพิ่มชุดให้น้ำเกลือมาตรฐาน โดยตั้งค่าขึ้นเป็นตัวอักษรได้อย่างน้อย ๓ ยีห้อ หรือมากกว่า

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ เครื่องทำงานด้วยระบบ Linear Peristaltic Finger

๔.๒ สามารถให้สารละลายได้ในอัตรา ๑ ถึง ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งปรับเพิ่มหรือลดได้ครั้งละ มิลลิลิตร

๔.๓ สามารถแสดงปริมาตรการให้สารละลาย (Total Infused Volume) ได้ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๙,๙๙๙ มิลลิลิตร และสามารถกำหนดปริมาตรการให้สารละลาย (Delivery Volume) ได้ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๙,๙๙๙ มิลลิลิตร โดยมีค่าความแม่นยำที่ $\pm 5\%$

๔.๔ มีระบบ KVO ซึ่งเครื่องจะทำงานต่อหลังจากที่ให้สารละลายครบสมบูรณ์ตามที่ตั้งไว้แล้ว โดยใช้อัตราการไหลที่ ๑ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ถึง ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๕ ตัวเครื่องมีหน้าจอสีชนิด LCD และ LED ชนิด Seven Segment สามารถแสดงปริมาณสารละลายที่ให้กับผู้ป่วยและเวลาที่ใช้ในการให้สารละลายผ่านหน้าจอได้

๔.๖ มีระบบตรวจจับฟองอากาศในสาย (Air-In-Line)

๔.๗ สามารถตั้งค่าความเที่ยงตรงของ IV set สำหรับการใช้งานได้ถึง ๑๐ ยีห้อ โดยสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการของผู้ใช้

๔.๘ มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือน (Alarm) ทั้งระบบเสียงและเสียง ซึ่งเสียงสามารถปรับระดับความดังได้ โดยเตือนเมื่อมีความผิดปกติ ดังนี้ :

๔.๘.๑ มีฟองอากาศในสาย (Air in Line)

๔.๘.๒ เมื่อมีการอุดตัน (Occlusion)

๔.๘.๓ เมื่อสารละลายไหลเร็วผิดปกติ (Flow error – Free Flow)

๑๓.

๑๕.

๑๖.

(นางพิพัลย์ ลิ่มลิขิต)

นายแพทย์ชำนาญการ

(นางประภาพร ศุภสุข)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางวรภรณ์ สมดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- ๔.๙.๔ ให้สารละลายครบตามกำหนด (Infusion complete)
- ๔.๙.๕ เมื่อประตูปั๊มเปิดออก (Door open)
- ๔.๙.๖ แบตเตอรี่อ่อน (Low battery)
- ๔.๙.๗ ระบบภายในเครื่องทำงานผิดปกติ (Device Malfunction)
- ๓.๙.๘ สารละลายหมดขาดหรือครบปริมาณที่กำหนดไว้ (Empty Container)
- ๓.๙.๙ มีปุ่มปิดเสียงเตือน โดยเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนซ้ำภายใน ๑ นาที หรือ ๒ นาที หากผู้ใช้งานยังไม่แก้ไขความผิดปกติตามอาการที่เครื่องร้องเตือน
- ๔.๙ หน้าจอสามารถแสดงปริมาตรสารละลายที่ผู้ป่วยได้รับขณะเครื่องกำลังทำงานหรือหยุดทำงาน มีระบบความจำและแสดงผลค่าที่ใช้ไปแล้ว โดยสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างน้อย ๑๐ เทู่การณ์
- ๔.๑๐ มีระบบยกเลิกการให้สารละลาย
- ๔.๑๑ เครื่องสามารถคำนวณอัตราการให้ของสารละลายได้ Dose Rate
- ๔.๑๒ มีระบบเร่งสารละลายหรือของเหลว (Purge Rate) โดยกำหนดได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง
- ๔.๑๓ มีระบบ KVO (Keep vein open) เมื่อเครื่องให้สารละลายครบตามปริมาณที่กำหนดไว้โดยกำหนดได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือ ๑ ถึง ๕
- ๔.๑๔ สามารถปรับระดับ Occlusion ๙ ระดับ
- ๔.๑๕ มีชุดล็อกสายน้ำเกลือ เพื่อป้องกันการหลุดของสารละลายเมื่อเปิดประตูเครื่อง
- ๔.๑๖ สามารถเลือกใช้งานกับ IV SET ปริมาตร ๑๕ / ๑๙ / ๒๐ / ๖๐ Drops ได้
- ๔.๑๗ เครื่องมีปุ่มกดชนิดแสดงตัวเลข ๐-๙ ง่ายต่อการบันทึกปริมาตรการให้สารละลายแก่ผู้ใช้งาน
- ๔.๑๘ มีฟังก์ชันพิเศษต่างๆ ดังนี้
- ๓.๑๘.๑ ล็อคปุ่มปรับหน้าจอ (Keypad Lock)
 - ๓.๑๘.๒ เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (Remain Memory)
 - ๓.๑๘.๓ เรียกดูเวลาที่เหลือ (Remain Time)
 - ๓.๑๘.๔ การเร่งให้สารละลาย (Purge)
 - ๓.๑๘.๕ การให้ Bolus

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ บริษัทผู้ขายมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี จากผู้จำหน่ายที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยในระยะรับประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ต่ำงตามปกติผู้ขายต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ
- ๕.๓ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาบสูญมาก่อน
- ๕.๔ มีคู่มือการใช้ และบำรุงรักษา ๒ ชุด แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

พิม.

21-

อนุ